



**Институт за мултидисциплинарна истраживања  
Комисија за јавну набавку**

**Број ЈН ОП: 03/2018**

**број 395/6**

**29.03.2018. године**

**Београд, Кнеза Вишеслава 1**

Na osnovu člana 63.st. 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl glasnik RS" br. 124/12, 14/15, 68/15) i na osnovu zahteva (pitanja) zainteresovanih lica za pojašnjenje konkursne dokumentacije, a u vezi sa pripremanjem ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom br. 03/2017 za javnu nabavku dobra otvoreni postupak – EPR Spektrometar sa sistemom za hlađenje od 23.03.2018. godine, Naručilac donosi sledeće pojašnjenje (odgovor):

**Pitanje:** Da li možete da nam pojasnite koji rang frekvencije treba da ima EPR spektrometar?

**Odgovor:** Neophodan nam je EPR spektrofotometar koji pokriva X-band, a to su vrednosti frekvencija oko 9.6 GHz, sa opsegom od najmanje 0.1 GHz.